SCHNEIDER MEDICAL

Flexxum®

Made in Germany

COLD HOT PACK

Compresses réutilisables chaudes/froides

Notice informative et mode d'emploi

Indications:

Contre maux et douleurs grâce à un traitement par la chaleur ou le froid. Application simple et rapide.

Important:

1. Lire attentivement les instructions avant utilisation.

2. Ne plus se servir d'une poche de gel FLEXXUM® trouée ou abîmée.

3. En cas de troubles circulatoires, consulter un médecin avant utilisation.

4. Les compresses contiennent un gel non-toxique, mais qui ne devrait pas être avalé. En cas d'ingestion accidentelle, rincer la bouche. En cas d'ingestion en grande quantité, faire vomir. Surveiller les petits enfants.

Traitement par le froid:



Conserver les compresses FLEXXUM® à plat dans le congélateur ou réfrigérateur. Les compresses restent flexibles jusqu'à -25°C (ou jusqu'à -12°C si le gel est de FLEXXUM® qualité B).



Enveloppez le produit dans un chiffon.

Utilisez le produit sur la zone affectée.

Traitement par la chaleur:

Chauffer dans de l'eau chaude:



Faire bouillir assez d'eau pour couvrir entièrement la compresse.



Descendre de la plaque et placer prudemment FLEXXUM® dans l'eau. Laisser pendant env. 7 Min. (10 Min. si la compresse sort du congélateur).



Enveloppez le produit dans un chiffon.



Utilisez le produit sur la zone affectée.

Chauffer pendant 7 minutes. (10 min si préalablement congelé).

Chauffer au micro-ondes:

Poser le produit à plat
Mettre au micro-ondes et réchauffer en 10-30 secondes. jusqu'à un maximum de 800 watts.



Enveloppez le produit dans un chiffon.

Utilisez le produit sur la zone affectée.

FLEXXUM® peut être chauffée au micro-ondes. Le temps de chauffe dépend de la puissance du micro-ondes et de la taille des compresses. Voir tableau ci-dessous.

La plupart des micro-ondes ayant une puissance de 350 à 800 Watt, d'autres encore plus puissants, les différences peuvent être grandes. Il est donc très important de rester près de l'appareil lors de la première utilisation ; ce qui permettra de prolonger et surtout de réduire le temps de chauffe si nécessaire. Nous proposons de chauffer avec maximum 800 Watt.

Commencer avec le temps minimum indiqué ci-dessous pour chaque dimension.Si la compresse n'est pas assez chaude, continuer par étapes supplémentaires de 10-30 sec. jusqu'au temps max. donné (toujours selon la taille de la compresse). Additionner le temps total, celui-ci pourra être programmé directement à la prochaine utilisation. Il restera toujours le même dans le four.

Attention:

Si la compresse commence à gonfler, elle est déjà surchauffée. Arrêter immédiatement le micro-ondes et manier la compresse avec précaution. La prochaine fois, chauffer 10-30 sec. moins longtemps.

A noter que les produits chauffés au micro-ondes deviennent plus chauds après quelques minutes. Il est donc préférable d'attendre un peu avant de chauffer plus longtemps.

Réchauffer une compresse tiède:
moitié du temps ci-dessus.

Attention!
Des compresses très chaudes ou très froides peuvent causer des brûlures! Ne jamais appliquer directement sur la peau nue.

PAS DE GARANTIE EN CAS DE SURCHAUFFE!

Art. No.	Dim.	Temps de chauffe (en secondes)
40	13x15cm	20 - 40
041	13x30cm	60 - 120
043	19x30cm	120 - 240
044	30x38cm	180 - 360
045/057	7x38cm	30 - 60
047/053	7x19cm	15 - 30
048	26x30cm	120 - 240
049	7x9,5cm	10 - 20
051	84x38cm	micro ondes : non
052	15x19cm	45 - 90

058	19x45cm	150 - 300
060	15x38cm	90 - 180
063	7x25cm	20 - 40
064	7x13cm	10 - 20
066	10x26cm	40 - 80

Robert Bosch Str. 7
D-77866 Rheinau, Tyskland Freistett

Tel. 0049 7844 7051
Fax 0049 7844 4535
E-Mail hello@schneider-medical.com
Web www.schneider-medical.com